

ZERTIFIKAT

GlucoMen® areo erfüllt
DIN EN ISO 15197:2013



GlucoMen® areo erfüllt neben den seit 2003 bestehenden Anforderungen an Blutzuckermesssysteme für die Eigenanwendung bei Diabetes mellitus auch die strengeren bzw. neu aufgenommenen Kriterien nach ISO 15197:2013.

- ✓ Systemgenauigkeit im Labor (> 95 % der Werte im Akzeptanzbereich)¹
- ✓ Systemgenauigkeit beim Laien-Anwender (> 95 % der Werte im Akzeptanzbereich)²
- ✓ Hämatokritinterferenz im angegebenen Hämatokritbereich < 10 %³
- ✓ Einfluss endogener und exogener Substanzen < 10 %⁴

Ulrich Schmid
Geschäftsführer A. MENARINI
DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND

Dr. Birgit Schulz
Medizinische Fachreferentin und
Qualitätsmanagementbeauftragte